

### 嵐山町の空間放射線量の測定結果（R3.9月）

No.	区分	施設名	管理担当課	実施日	測定時間	天候	気温	測定値		
								nSv/分	μSv/時	mSv/年
1	公園	フィットネス21パーク	まちづくり整備課	9月7日	8:58	曇	24.2	0.460	0.028	0.145
2	学校	七郷小学校	教育総務課	9月7日	9:26	曇	23.3	0.660	0.040	0.208
3	幼稚園	嵐山幼稚園(砂)	教育総務課	9月7日	10:06	曇	24.6	0.680	0.041	0.214
4	幼稚園	嵐山幼稚園(芝)	教育総務課	9月7日	10:06	曇	24.6	0.340	0.020	0.107

$nSv/分 \times 60 \div 1000 = \mu Sv/時$   
 除染基準 0.19 μSv/時以上