

# 嵐山町の空間放射線量の測定結果について

嵐山町では、第3回目の町内各所（各小中学校・幼稚園・保育園・公園等）の空間放射線量測定を8月16日に行いました。

測定結果につきましては、全地点において国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告による、一般の人の平常時の放射線量の限度（自然放射線等を除く）である年間1ミリシーベルトを下回りました。

○測定日 平成23年8月16日（火） 天候：晴れ

○測定機器 ミリオンテクノロジーズ製RDS-30

○算出方法：30秒ごと5回測定の平均値

○年間換算値計算式 （測定値 [ $\mu\text{Sv}/\text{時}$ ]  $\times$  8時間（屋外にいる時間）+測定値 $\times$ 16時間（屋内にいる時間） $\times$ 0.4（屋内換算値）） $\times$ 365日 $\div$ 1000（単位をミリ変換=年間換算値 [ $\text{mSv}/\text{年}$ ]）

計算例：菅谷小学校校庭地上100cmの場合

町測定値  $((0.08 \times 8) + (0.08 \times 0.4 \times 16)) \times 365 \div 1000 = 0.42\text{mSv}/\text{年}$

県測定値  $((0.061 \times 8) + (0.061 \times 0.4 \times 16)) \times 365 \div 1000 = 0.32\text{mSv}/\text{年}$

	測定地点	測定値 (マイクロシーベルト/時)			年間換算値 (ミリシーベルト/年)		
		5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
1	花見台第1公園 グラウンド中央(芝)	0.14	0.13	0.11	0.74	0.68	0.58
2	菅谷公園 中央(砂)	0.13	0.11	0.12	0.68	0.58	0.63
3	蝶の里公園 遊歩道(土)	0.11	0.12	0.13	0.58	0.63	0.68
4	フィットネス21パーク 中央(芝)	0.13	0.14	0.11	0.68	0.74	0.58
5	総合運動公園 グラウンド中央(土)	0.13	0.12	0.12	0.68	0.63	0.63
6	菅谷小学校 校庭中央(土)	0.10	0.08	0.08	0.53	0.42	0.42
※	菅谷小学校 埼玉県測定値(参考)	0.062	0.064	0.062	0.33	0.34	0.33
7	菅谷中学校 グラウンド中央(土)	0.09	0.08	0.07	0.47	0.42	0.37
8	七郷小学校 校庭中央(芝)	0.14	0.13	0.14	0.74	0.68	0.74
9	志賀小学校 校庭中央(土)	0.12	0.09	0.09	0.63	0.47	0.47
10	玉ノ岡中学校 グラウンド中央(土)	0.12	0.12	0.11	0.63	0.63	0.58
11	嵐山幼稚園 園庭中央(土)	0.13	0.12	0.12	0.68	0.63	0.63
12	東昌保育園 園庭中央(砂)	0.16	0.12	0.13	0.84	0.63	0.68
13	東昌第二保育園 園庭中央(土)	0.11	0.10	0.11	0.58	0.53	0.58
14	嵐山若草保育園 園庭中央(土)	0.11	0.12	0.10	0.58	0.63	0.53
15	嵐山しらこばと保育園 園庭中央(芝)	0.10	0.11	0.12	0.53	0.58	0.63

※町が測定に使用した機器については、埼玉県で測定に使用した機器に比べ、機器の性質上高い値が測定されます。

○用語の解説

Sv（シーベルト）：放射線による人体への影響度合いを表す単位

mSv/年（ミリシーベルト/年）：シーベルトの1000分の1で1年当たりを表しています

$\mu\text{Sv}/\text{時}$ （マイクロシーベルト/時）：ミリシーベルトの1000分の1で1時間当たりを表しています